

Tekniske data

TL1500DC isolerte testledninger





Nøkkelfunksjoner

- trygge og nøyaktige spenningsmålinger opp til 1500 V DC
- CAT III 1500 V CAT IV 600 V med beskyttelseshette / CAT II 1500 V uten beskyttelseshette, 10 A
- kompatible med de fleste strømtenger og multimetre fra Fluke
- leveres med ett års garanti
- én meter lange

Produktoversikt: TL1500DC isolerte testledninger

Fluke TL1500DC gir trygg og nøyaktig spenningsmåling opp til 1500 V DC, som er vanlig i sol- og vindkraftanlegg samt batterier. Disse isolerte testledningene er laget av PVC-materiale og har sikkerhetsklassifiseringene CAT III 1500 V / CAT IV 600 V med beskyttelseshette, og CAT II 1500 V uten beskyttelseshette, for bruk i ulike omgivelser.

Spesifikasjoner: TL1500DC isolerte testledninger

klassifiseringer:	IEC 61010-031 CAT II 1500 V, CAT III 1500 V, CAT IV 600 V, 10 A
kompatibilitet:	kompatible med alle instrumenter som bruker standard 4 mm skjermede bananplugg
forurensing:	forurensningsgrad 2, 2000 m høyde
omgivelsesklassifiseringer:	drift mellom -10 og 50 °C

oppbevaring:	-20 til 60 °C ved < 80 % relativ luftfuktighet
---------------------	--

Modeller



Fluke TL1500DC

TL1500DC isolerte testledninger

Innhold:

- ett par (rød, svart) TL1500DC isolerte testledninger
- to beskyttelseshetter
- ett års garanti

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2025 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
04/2025

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**